

Műszaki leírás**a „Defibrillátor beszerzés 2024.”**

tárgyú beszerzési eljáráshoz

Nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal létesítményének területére (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) 1 db félautomata defibrillátor készülék és tartozékainak (akkumulátor, defibrillációs tappancsok, szoftverek, AED kézikönyv) szállítása, üzembe helyezése, felülvizsgálata, valamint a kezelőszemélyzet és a képzett elsősegélynyújtók betanítása a készülék használatára.

I. Ajánlattevő által biztosítandó defibrillátor készülék műszaki jellemzői

- félautomata defibrillátor
- hullámforma: bifázisú
- felnőtt standard energia: 120, 150, 200 J
- előre konfigurált shock protokoll
- gyermek elektróda opció
- telep: lítium elem, előny: dupla áramkör
- elektródák: egyszer használatos,
- elektróda élettartam: minimum 36 hónap
- magyar nyelvű hangüzenetek
- képernyő kijelző
- esemény dokumentálása (ütésszámlálás, belső esemény memória)
- felnőtt és gyermekek részére is alkalmas
- pacemaker-rel élőknél is használható

A készülékhez szükséges fali beltéri tároló doboz, melyben a hosszútávú szakszerű tárolás megoldott.

A készülék legyen félautomata működési elvű: a bekapcsolás és az elektródák felhelyezését követően, felhasználói beavatkozás nélkül viszi végig a gyárilag beállított protokollt, javasolt sokk esetén a segélynyújtónak a sokk gomb megnyomásával meg kell erősítenie a sokkolást.

A szállított termék kizárólag a felsorolt műszaki paraméterekkel teljes mértékben megfelelő, vagy azzal egyenértékű lehet!

II. Teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás

- készülék kihelyezése,
- A garancia időtartama a defibrillátor készülék tekintetében nem lehet rövidebb 5 évnél.
- A szavatosság időtartama az elektródák tekintetében nem lehet rövidebb 30 hónapnál.

III. Kezelőszemélyzet számára a készülék használatának bemutatása

Az eszközök beszerzése, üzembehelyezése mellett nyertes Ajánlattevő feladata a személyzetnek a készülék használatának bemutatása. Tervezetten körülbelül 60 főnek szükséges egyszeri alkalommal, előre egyeztetett időpontban oktatni a készülék működtetésével kapcsolatban az Ajánlatkérő székhelyén. A létszámot szükséges megbontani több terminusra, a részvételi lehetőség biztosítása, illetve az oktatás minőségi színvonalának megőrzése végett. (15 fős terminusoknál nagyobb létszám nem alkalmazható.)